MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-549	PS/MJF/111902

PRODUCTO
Válvula de biopsia de un solo uso MAJ-1555, referencia N3043000. UDI 14953170247573.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para conectarlo a la entrada del canal de trabajo de los endoscopios compatibles y para impedir el reflujo de los fluidos corporales.

Nº LOTE
1YH, 1ZH, 21H, 22H y 23H.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10. 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de la válvula de biopsia de un solo uso MAJ-1555, referencia N3043000, debido a que podría faltar en el etiquetado del envase estéril información sobre el lote estéril, el lote de fabricación o la fecha de caducidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NZR7MCPW9SRBQWKAQ872**
Fecha de la firma: 14/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89