MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-550	PS/NA/111578

PRODUCTO
Mesa quirúrgica TruSystem 7000.
Ver referencias y nºs de UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG., Alemania.

DISTRIBUIDOR
Baxter SL. C/ Pouet de Camilo 2 Pol. Ind. Sector 14 Ribarroja del Turia, 46394 Valencia.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias de la mesa quirúrgica TruSystem 7000, debido a que las baterías y sus conectores podrían experimentar cortocircuitos eléctricos y/o emisiones de humo, cuando éstos se colocan incorrectamente al ser sustituidos durante el mantenimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa para centros sanitarios.
- Nota de aviso de la empresa para distribuidores.
- TSB104483 Boletín de servicio técnico para distribuidores.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EKNLF6LX3MYFT91H941F**
Fecha de la firma: 14/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89