MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-556	PS/MAM/111633

PRODUCTO
Microguías Approach CTO e Hydro ST.
Ver referencias y UDI en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Cook Incorporated. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC. Robert-Koch-Straße, 2. 52499, Baesweiler. Alemania.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas microguías Approach CTO e Hydro ST debido a que la fecha de caducidad que muestra en el etiquetado es incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: X57PE9SJNR2NP753YB25**
Fecha de la firma: 15/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89