MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-557	PS/AVG/111823

PRODUCTO
Ventiladores paraPAC Plus modelos P300 y P310.

FABRICANTE
Smiths Medical ASD Inc. (actualmente "ICU Medical Inc."), EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionados con los ventiladores paraPAC plus modelos 300 y 310, debido a la posibilidad de que el conector de salida del paciente se afloje o se desconecte

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GXNMGLBCYGKHSETJF186**
Fecha de la firma: 15/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89