DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-563	PS/PL/111948

PRODUCTO
Vaina exterior del cistoscopio láser, 22,5 Fr., referencia WA22810A.
UDI-DI: 04042761051729.

FABRICANTE
Olympus Winter & Ibe GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la vaina exterior del citoscopio láser 22,5 Fr, debido que se puede dañar o sobrecalentar la punta de la vaina cuando se utiliza con un láser GreenLight.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 356FX1FNBRFDDYZ1KB05**
Fecha de la firma: 16/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89