ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-564	PS/TS/110660

PRODUCTO
Circuitos respiratorios Flextube™ IPPB, modelos 1415000 y 1416000.
UDI-DI 05030267026234 y 05030267001873.

FINALIDAD PREVISTA
Uso a corto plazo e intermitente con pacientes que respiran espontáneamente con el fin de ayudar a la expansión pulmonar y administrar medicación en un entorno hospitalario.

Nº LOTE
32101259 y 32207328

FABRICANTE
IntersurgicaL Ltd., Reino Unido

DISTRIBUIDOR
- Intersurgical España S.L.U C/Plasencia 39. Pol. Ind. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid)
- Fisio Medica Actual Pl. Sancho Abarca, 2 - Bajo, 31014, Pamplona (Navarra)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y lotes de los circuitos respiratorios Flextube™ IPPB, debido a que la pieza en T de la línea de suministro podría desprenderse del nebulizador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.