DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-576	PS/EML/111951
PRODUCTO Lavadora desinfectadora Olympus ETD Premium PAA. Referencia: WD00304A	
Nº SERIE 91673956, 91674504	
FABRICANTE Miele & Cie. KG, Alemania	
DISTRIBUIDOR OLYMPUS IBERIA, S.A.U. Pl. Europa, 10, E-08902, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de la lavadora desinfectadora para endoscopios Olympus ETD Premium PAA, debido al posible acoplamiento incorrecto de la cesta de carga durante el reprocesamiento, y al funcionamiento no fiable del escáner RFID que detecta el endoscopio.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: BD8BVFLTG7J4Y15BGC3B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89