MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-574	PS/PL/112018

PRODUCTO
Luz quirúrgica Merivaara Q-FLOW.
Modelos: Q-Flow SOLO, Q-FLOW DUO, Q-FLOW TRIO, Q-FLOW QUAD, Q-FLOW MOBILE.

FABRICANTE
Merivaara Corporation, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
Insanex, SL, Avda. Tenerife, 2, Bloque 3, 28703 San Sebastián de Los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de las luces quirúrgicas Merivaara Q-flow, debido a la posibilidad de que las horquillas de soporte del dispositivo se suelten de sus anclajes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Guía de reparación de producto

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: B438CVYS8TTBRATHV2D8**
Fecha de la firma: 22/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89