

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-581	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/111260
<b>PRODUCTO</b> Test Actim Partus, referencia 31931ETAL.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Test inmunocromatográfico en tira destinado a la detección de la presencia de la proteína IGFBP-1 fosforilada en secreciones del cervix durante el embarazo para la predicción del riesgo de parto prematuro o parto inminente cuando las membranas fetales están intactas.	
<b>Nº LOTE</b> 2005341	
<b>FABRICANTE</b> Actim Oy, Finlandia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Laboratorios Rubió; C/Industria 29, Pol. Industrial Comte de Sert. 08755 Castellbisbal, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote 2005341 del test Actim Partus, referencia 31931ETAL, debido a que no cumple los criterios de aceptación de las pruebas de estabilidad, por lo que podría dar lugar a posibles resultados falsos positivos.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

