MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-585	PS/NA/111857

PRODUCTO
Aguja guía ST (trocar simple) de 2 mm X 9" (23 cm), número de pieza WS-20009ST.
UDI: 10806378087424 – 603953240205.

FINALIDAD PREVISTA
Utilizado en amplia variedad de técnicas quirúrgicas y sistemas de implante.

Nº LOTE
603953.

FABRICANTE
Acumed LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ACUMED IBÉRICA. C/ Álvaro Caballero 14, 28023 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 603953 de la aguja guía ST (trocar simple) de 2 mm X 9" (23 cm), número de pieza WS-20009ST, debido a la posibilidad de que sea más corta y estrecha de lo previsto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: DKXKBDD1T38EZ66G9404**
Fecha de la firma: 28/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89