

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-586	PS/CMAG/112372
PRODUCTO • Aggressive Cutter, sterile. Referencia: 28208BKS • Full Radius Resector, sterile. Referencia: 28206CBS • Aggr. Pro Line Shaver Blade, sterile. Referencia: 28205NDS • Round Burr, sterile. Referencia: 28205FDS • Aggressive Barrel Burr, sterile. Referencia: 28205HES • Finish Barrel Burr, sterile. Referencia: 28205GDS • Semi Hooded Barrel Burr, sterile. Referencia: 28208IDS • Aggressive Barrel Burr, sterile. Referencia: 28205HDS	
Nº LOTE Ver los lotes afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE KARL STORZ SE & Co. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR KARL STORZ Endoscopia Ibérica S.A. Av. de Castilla, 2, Edificio Grecia, 28830 Torrejón de Ardoz, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de dispositivos quirúrgicos de KARLSTORZ, debido a la presencia de agujeros en el sistema de barrera estéril que pueden comprometer su esterilidad.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

