MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-596	PS/VBR/112661

PRODUCTO
Batería PowerSonic de las bombas de infusión de las series Orchestra y Pilot.
Código: Z174025.

FABRICANTE
Fresenius Kabi AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fresenius Kabi España, S.A.U. Calle Marina 16-18, Torre Mapfre, Villa Olímpica. 08005, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las baterías PowerSonic de las bombas de infusión de las series Orchestra y Pilot debido a que tienen una vida útil más corta que la especificada de 3 años.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6P9JZ46KTXNFNDCKR2B1**
Fecha de la firma: 04/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89