MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-597	PS/PRV/112676

PRODUCTO
Kit desechable de procesamiento celular Lovo con acceso a bolsa (A), referencia X6R4909A.

FINALIDAD PREVISTA
Kit de un solo uso para la separación y preparación de hemoderivados.

Nº LOTE
FA24A09217

FABRICANTE
Fresenius Kabi AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fresenius Kabi España, S.A.U. C/ Marina 16-18. Torre Mapfre. Villa Olímpica 08005 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote FA24A09217 del kit de procesamiento celular Lovo con acceso a bolsa (A), de referencia X6R4909A, debido a la posibilidad de una baja recuperación de células diana en el contenedor de producto final.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: HE52MRDV13JJDNLEEF41**
Fecha de la firma: 04/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89