MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-604	PS/PL/113034

PRODUCTO
Anclajes con sutura BIORAPTOR PK.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Smith & Nephew, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smith & Nephew SAU, Fructuós Gelabert 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados anclajes con sutura BIORAPTOR PK, debido a la posibilidad de que la barrera estéril se encuentre comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MFNL55WAWS5KY5KVY3DC**
Fecha de la firma: 07/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89