MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-602	PS/CMAG/113035

PRODUCTO
Tornillo hexalobe de bloqueo de 3,5 mm x 12 mm, Nº pieza: 30-0234,
UDI: 10806378016189-591015230424.

FINALIDAD PREVISTA
Fijación de fracturas, fusiones u osteotomías de clavícula, húmero, radio, cúbito, metacarpiano, metatarsiano, maléolo, tibia y peroné.

Nº LOTE
591015

FABRICANTE
Acumed LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ACUMED IBÉRICA S.L. C/ Proción, 1. 28023 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 591015 del tornillo hexalobe de bloqueo de 3,5 x 12 mm, debido a un posible error en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 5761RCWDAY6772JM1066**
Fecha de la firma: 07/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es