

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-600	REFERENCIA PS/TS/112204
PRODUCTO Jeringa de aspiración de sangre safePICO A. Referencia 957-204 UDI-DI: 57006900067N9	
FABRICANTE Radiometer Medical ApS, Dinamarca	
DISTRIBUIDOR Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8 2º piso 28108 Alcobendas (Madrid)	
ASUNTO Retirada del mercado de todos los lotes de las jeringas de aspiración de sangre safePICO A, referencia 957-204, debido a que el sistema de barrera estéril podría estar comprometido.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

