ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-601	PS/EML/112978

PRODUCTOS

- INDEFLATOR 20/30. Referencia:1000184
- PPACK 20/30. Referencia: 1000186
- PPACK 20/30 W/COPILOT. Referencia: 1003327
- PRIORITY PACK 20/30 W/115 RHV. Referencia: 1000186-115

FINALIDAD PREVISTA

Dispositivos de inflado para intervenciones vasculares conjuntamente con dispositivos para técnicas intervencionistas/diagnósticas.

Nºs LOTES

ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Abbott Vascular, EEUU

DISTRIBUIDOR

Abbott Medical España S.A, Avda. Burgos 91, 28050 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes y referencias de los Indeflator 20/30 y Priority packs, debido a la posibilidad de fuga en el conector giratorio del tubo o en el manómetro del inflador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.