MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-610	PS/AVG/113170

PRODUCTO
Analizador Atellica CI. Número de material: 10947347.
UDI 00630414229560.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L. Calle Mahonia, 2 - 4, 28043, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores Atellica CI debido a la posibilidad de que no detecten que el diluyente IMT está vacío lo que puede provocar resultados de las pruebas de sodio, potasio y cloruro falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VGGGXWCTFDDX2QH3BF63**
Fecha de la firma: 12/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89