

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-623	REFERENCIA PS/MAM/111825
PRODUCTO Protecciones laterales de las sillas de ruedas Panthera X3, X, S3, U3, S3 Swing y U3 Light. Nº artículo: 4422033, 4422034, 4423033, 4423034.	
Nº SERIE Ver nºs de serie de las sillas de ruedas afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Panthera AB. Suecia.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">• Permobil Medical Devices and Services S.L. C/ Estebanez Calderon 3-5. 28020, Madrid.• Actif. C/ Gloria Fuertes 22 – 2Izda. 33204, Gijón, Asturias.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas protecciones laterales de las sillas de ruedas Panthera X3, X, S3, U3, S3 Swing y U3 Light debido a la posibilidad de que los bordes estén afilados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa AEMPS PS 46/2024	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

