MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-626	PS/AVG/112017

PRODUCTO
Giraffe OmniBed y Giraffe OmniBed Carestation.

FINALIDAD PREVISTA
Incubadora y cuna térmica para bebés.

FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37, 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas incubadoras Giraffe OmniBed y Giraffe OmniBed Carestation, debido a la posibilidad de que el tornillo que asegura las puertas que cubren los calentadores no esté apretado correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: SGZZYZP655SL232XD2B7**
Fecha de la firma: 18/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89