ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-627	PS/AVG/113320

PRODUCTO
Vaina estéril Gynko para histeroscopio. UD-DI: 08055719440748.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Cover SRL, Italia.

DISTRIBUIDOR
Productos Especiales de Neomedic International, S.L. Calle Pensamiento, 27, izq, 3-3, 28020, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las vainas estériles Gynko para histeroscopios, debido a que, en determinadas condiciones, la punta de la vaina podría desprenderse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NSBVDKZ91WTPASEHL17F**
Fecha de la firma: 18/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es