DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-628	PS/MAM/112956

PRODUCTO
Kit de Cánulas desechables JuggerLoc™. Número de material: 110027357
Ver UDI y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biomet Sports Medicine LLC. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U. C/Metalurgia, 32-34. 08038, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del kit de cánulas desechables JuggerLoc debido a la posibilidad de que las guías se encuentren deformadas al extraerse del envase.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa hospitales
- Nota de aviso empresa distribuidores

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2VQSCZ4EQCDGK47HJB07**
Fecha de la firma: 18/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89