ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-632	PS/PL/113476

PRODUCTO
Sistema de plasmaféresis AURORA. Código de producto: 6R4601.

FABRICANTE
Fresenius Kabi AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fresenius Kabi España, S.A.U., Torre Mapfre - Vila Olímpica, Marina, 16-18, 08005 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de plasmaféresis Aurora, debido a la aplicación inadecuada de lubricante en los componentes externos de la bomba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.