ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-634	PS/NA/113036

PRODUCTO
Sistemas de drenaje externo y monitorización EDMS Becker y Exacta.
Ver referencias de producto afectado en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Drenar y monitorizar de forma temporal el exceso de líquido cefalorraquídeo generado tras un traumatismo o intervención quirúrgica. Puede utilizarse tanto a nivel ventricular como lumbar.

FABRICANTE
Medtronic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad de determinadas referencias de los sistemas de drenaje externo y monitorización EDMS Becker y Exacta, debido a la posibilidad de que se produzcan grietas y fugas en la llave de paso de los mismos, que podría comprometer la integridad de la línea y ocasionar una infección.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.