MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-637	PS/RJC/112586

PRODUCTO

Apósitos para el cuidado de heridas fabricados por AMS. Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Advanced Medical Solutions (AMS), Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

- Solventum (3M ESPAÑA, S.L.), Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25, 28027 Madrid.
- Coloplast Productos Médicos,S.A., C/ Condesa de Venadito nº5 pta 4, 28027 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de apósitos para el cuidado de heridas fabricados por AMS, debido a que podrían presentar defectos en la bolsa del envase primario y comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 47/2024

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VAC1MWNQZGL417Y788BB**
Fecha de la firma: 22/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89