MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-635	PS/NA/112423

PRODUCTO
Láser fotocoagulador Vitra 810.
UDI 03700542625613

FINALIDAD PREVISTA
Láser para el tratamiento del glaucoma y fotocoagulación.

VERSION SOFTWARE
1.1 y anteriores.

FABRICANTE
Quantel Médica, Francia.

DISTRIBUIDOR
Medical Mix BVI, C/ Amposta 20, Sant Cugat del Vallès, 08174 Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los fotocoaguladores láser Vitra 810 debido a la posibilidad de sobredosis en la potencia suministrada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6M7Y6AECNNJBW37JM8F2**
Fecha de la firma: 22/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89