MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-641	PS/CMAG/113869

PRODUCTO
Citómetro de Flujo BD FACSLyric.
Ver referencias y UDI-DI en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Identificación y enumeración de subpoblaciones de células humanas mediante citometría de flujo.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Becton, Dickinson and Company, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva s/n, 28750, San Agustin de Guadalix, Madrid..

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados citrómetros de flujo BD FACSLyric, debido a que el condensador de la fuente de alimentación puede romperse y provocar que los instrumentos no se enciendan o no permanezcan encendidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: L28HJJGLVYQ5ST199FDC**
Fecha de la firma: 26/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89