ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-644	PS/NA/113493

PRODUCTO
Cánula aórtica EZ Glide.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa (tabla 1 del apéndice A).

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la tabla 2 del apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Edwards Lifesciences LLC., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Edwards Lifesciences S.L., Ronda Narciso Monturiol 11 bloque A, Parque Tecnológico de Paterna, 46980 Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas cánulas aórticas EZ Glide, debido a un problema en su fabricación que podría causar pequeñas fugas en el conector durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.