ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-647	PS/RJC/112786

PRODUCTO

Catéteres:

- PowerPICC 4Fr una luz SOLO. Referencias: 2194108, CK000375, 6194118, 6194335, 6194355 y 6194108.
- PowerPICC 4Fr una luz no-SOLO. Referencias: CK000388, 2174108, 6174108, 6174118, 6174355, 22184118 y 6174335.

Ver UDIs en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Acceso periférico a corto o largo plazo al sistema venoso central para la terapia intravenosa, la servoinyección de medios de contraste y la monitorización de la presión venosa central.

FABRICANTE

Bard Access Systems, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva s/n, 28750, San Agustin de Guadalix, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de los catéteres PowerPICC 4Fr una luz (SOLO y no-SOLO), debido a posibles fugas de líquido durante la infusión ocasionadas principalmente por una fisura transversal/circunferencial en el tubo del catéter una vez implantado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.