DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-648 | PS/EML/113668 |

**PRODUCTO**
VERSATREK MYCO AS, 5/BX. Referencia: Y711442. UDI-DI: 848838091711

**FINALIDAD PREVISTA**
Medio líquido de crecimiento selectivo destinado al uso con VersaTREK Automated Microbial Detection System (VTI) para la detección de micobacterias.

**Nº LOTE**
440824

**FABRICANTE**
Remel Inc,EEUU

**DISTRIBUIDOR**
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Ctra De L'Hospitalet, 147-149, 08940, Cornellá de Llobregat, Barcelona, España.

**ASUNTO**
Cese de utilización del lote 440824 del medio de cultivo VERSATREK MYCO AS, 5/BX, referencia Y711442, debido a que la fecha de caducidad que se indica en el etiquetado es incorrecta.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: 46Q9E483PWKX13CRE666**
**Fecha de la firma: 28/11/2024**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89