

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-659	REFERENCIA PS/VBR/113355
PRODUCTO Prótesis Thoraflex Hybrid.	
FINALIDAD PREVISTA Tratamiento de aneurismas o disecciones del arco aórtico y de la aorta descendente, con o sin afectación de la aorta ascendente, mediante reparación quirúrgica abierta.	
FABRICANTE Vascutek Ltd. Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR CARDIVA 2 SL. Calle Anabel Segura, 11, Edif. A - Planta 1ª, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de la prótesis Thoraflex Hybrid relacionadas con el riesgo de formación de trombos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

