DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-661	PS/MAM/113365

PRODUCTO
Sistemas Allura Xper versiones 7.6 a 8.1
Ver productos y modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV. Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U; Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Allura Xper, debido a que si se retrasa la instalación del kit Lifetime Extension, podrían romperse el perno de sujeción del motor de la hélice o el de bloqueo del tubo de rayos X.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: HYKKKSQZS84RCAQM6B2A**
Fecha de la firma: 09/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89