

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-664	REFERENCIA PS/TS/111261
PRODUCTO Bolsas multicapa para nutrición parenteral. Modelos: <ul style="list-style-type: none">• 503.90. Lotes: CB-372, BB-27 y BB-720• 593.01. Lote: CS-279• 506.20. Lote: CB-267• 518.05. Lote: CB-654• 518.02. Lote: CB-74.• 507.05. Lote: CS-353.	
FABRICANTE Oiarso S.Coop, España	
DISTRIBUIDOR Oiarso S. Coop Zikuñaga Bailara, 57F, polígono Ibarluze 20120 Hernani (Guipúzcoa)	
ASUNTO Retirada del mercado y ampliación de los lotes afectados de las bolsas multicapa para nutrición parenteral, modelos 518.05, 518.02 y 507.05, debido a que podrían contener fragmentos plásticos en su interior.	
INFORMACION ADICIONAL En septiembre de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso para informar que las bolsas multicapa podían contener fragmentos de plástico en su interior. La medida que se debía llevar a cabo era dejar de utilizar estas bolsas hasta terminar el proceso de investigación. La AEMPS transmitió esta información el 14 de octubre de 2024, alerta 2024-544. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar de la retirada del mercado de todas las unidades afectadas, incluyendo nuevos lotes que también pueden tener el mismo problema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

