ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-670	PS/VBR/114602

PRODUCTO
VIDAS® Myoglobine 30 tests. Referencia: 30446.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cuantitativa automatizada en los instrumentos de la familia VIDAS que permite la determinación de la mioglobina humana en suero o plasma (heparina) por técnica ELFA.

Nº LOTE
1010749670

FABRICANTE
bioMérieux SA, Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España S.A.U., C/ Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 1010749670 del kit VIDAS® Myoglobine 30 tests, referencia 30446, exclusivamente cuando se utiliza junto con los instrumentos VIDAS 3 o VIDAS KUBE, debido a un problema de codificación del cono SPR que imposibilita la ejecución de la prueba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: T3P71N34892KAAQSE671**
Fecha de la firma: 16/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89