MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-669	PS/JMP/114687

PRODUCTO
NanoCross Elite 5mm x 20mm x 150cm. Referencia: AB14W050020150

FINALIDAD PREVISTA
Catéter para dilatación con balón sobre guía para angioplastia transluminal percutánea

Nº DE LOTE
B761521

FABRICANTE
Medtronic Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ María de Portugal 11, 28050, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado del lote B761521 del catéter balón NanoCross Elite 5 mm x 20 mm x 150 cm, debido a posibles problemas para desinflar el balón durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VAECMT44CZS4P2LQQ70E**
Fecha de la firma: 16/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89