ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-668	PS/PRV/114601

PRODUCTO
Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionan anestesia general inhalatoria y soporte ventilatorio a pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

VERSIONES DE SOFTWARE
02SP02, 02SP03 ,02SP04, 02SP05

FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c, debido a la posibilidad de que se cambien los ajustes de ventilación, sin confirmación previa por el usuario, cuando se ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.