MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-677	PS/MAM/114348

PRODUCTO
Pernos percutáneos estériles de 100mm y 150mm. Referencias: 9733235 y 9733236.

FINALIDAD PREVISTA
Fijación rígida de un marco de referencia del paciente que se utiliza habitualmente en la cirugía de la columna vertebral.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medtronic Navigation Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/María de Portugal 11. 28050, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de pernos percutáneos estériles debido a la posibilidad de que tengan un diámetro irregular y no puedan encajarse en el marco de referencia del paciente o en el adaptador del perno percutáneo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3ALWKXMCY6S75CX7KE39**
Fecha de la firma: 17/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89