ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-680	PS/VBR/113258

PRODUCTO
Dispositivos de ventilación MEDUMAT Transport y MEDUMAT Standard² con medición de CO_2.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania, S.L., Avda. Camino de lo Cortao, 6. Centro Empresarial Delta, Nave 3. 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con los dispositivos de ventilación MEDUMAT Transport y MEDUMAT Standard² con medición de CO_2 debido a que el valor de la medición del etCO2 podría mostrarse erróneamente como demasiado bajo y emitir alarmas que no fueran plausibles durante el masaje cardíaco.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.