MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-681	PS/JMP/114733

PRODUCTO

Cánulas arteriales:

- Pediátricas DLP. Referencias: 77008 y 77014.
- EOPA. Referencias: 77422 y 77418
- Con punta en ángulo Select Series. Referencia: 72422

Nº DE LOTE

Ver en la nota de avisa de la empresa

FABRICANTE

Medtronic Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica. C/ María de Portugal 11, 28050, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas cánulas arteriales, debido a que se han etiquetado mal, indicando un tamaño de cánula incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: DTR8CBXSZCPSH3VF858B**
Fecha de la firma: 19/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89