ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-685	PS/PRV/114214

PRODUCTO
Consola Synergy RF. Referencia: AR-9800.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Controlador del sistema Synergy RF de ablación y coagulación de tejido en procedimientos artroscópicos.

FABRICANTE
Arthrex INC., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Arthrex España S.L., C/ Globelas 41, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas consolas Synergy RF debido a que, en algunas instalaciones eléctricas, la consola podría experimentar un pico de corriente durante el encendido inicial.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.