

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-693	REFERENCIA PS/TS/114416
PRODUCTO 3M™ Transbond™ Plus Self-Etching Primer Nº de catálogo: 712-090 y 712-091 UDI-DI: 00652221109170 y 00652221109187	
FINALIDAD PREVISTA Adhesión de brackets y aditamentos tanto metálicos como cerámicos.	
NºS LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE 3M Unitek Corporation, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">KCI Clinic Spain SLU Calle Juan Ignacio Luca de Tena 19-21 planta 0 C.P. 28027 MadridProclinic Calle Palermo 9 Plataforma logística C.P. 50197 Zaragoza	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes de las referencias 712-090 y 712-091 de 3M™ Transbond™ Plus Self-Etching Primer, debido a que podría producirse una reducción de la fuerza de adhesión de los brackets y un posible aumento de la incidencia de irritación/formación de ampollas por un defecto de fabricación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

