MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-696	PS/JMP/115012

PRODUCTO
Thermo Scientific Oxoid Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility disc. Ref.: CT1587B

FINALIDAD PREVISTA
Discos de sensibilidad antimicrobiana

Nº DE LOTE
6142394

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U. Ctra. de Hospitalet, 147-149 - Cityparck edificio Londres 3 planta. 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 6142394 de los discos de sensibilidad antimicrobiana ThermoScientific Oxoid Levofloxacin, debido a que podría contener discos de susceptibilidad antimicrobiana para norfloxacino (NOR10).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: N7JRZMW663Y49CGCJDC3**
Fecha de la firma: 27/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89