MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-698	PS/MJF/114984

PRODUCTO

Sistemas de medicina nuclear Infinia, VariCam/VG/VH, Brivo NM 615, Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 y Optima NM/CT 640.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE

Ver números de serie afectados en los apéndices A y B de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

- GE Medical Systems Israel, Functional Imaging, Israel
- GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, China

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de medicina nuclear Infinia, VariCam/VG/VH, Brivo NM 615, Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 y Optima NM/CT 640, y cese de utilización de algunos de ellos, debido a que podría producirse la caída del detector al haberse transportado o reubicado sin el soporte del detector adecuado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8T8G7QVMP29WF22AJE2C**
Fecha de la firma: 27/12/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89