

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-001	PS/TS/114456
PRODUCTO Stent coronario liberador de sirolimus Yukon Chrome PC y Yukon Choice PC. Ver productos y lotes afectados en Anexo A.11	
FABRICANTE Translumina GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Cardiolink S.L. Calle Corcega, 270 3º-2ª C.P. 08080 Barcelona	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del stent coronario liberador de sirolimus Yukon Chrome PC y Yukon Choice PC, debido a que podrían tener un contenido de sirolimus inferior al esperado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa - Anexo A.11.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

