ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-004	PS/AVG/114779

PRODUCTO
Sistema de inyección para TC Medrad Centargo.
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Imaxeon Pty Ltd, Australia.

DISTRIBUIDOR
Bayer Hispania S.L. Avda. Baix Llobregat 3-5, 08970, Sant Joan Despi, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de inyección para TC Medrad Centargo, debido a un problema de funcionamiento del sensor de la línea del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Anexo 1: Mejores prácticas y directrices de uso.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.