

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-012	REFERENCIA PS/PRV/114972
PRODUCTO Nobel Biocare N1 TiUltra TCC. Ver números de catálogo, UDI y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Implante dental endoóseo para anclar o soportar prótesis dentales y restaurar la función de masticación.	
FABRICANTE Nobel Biocare AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR Nobel Biocare Ibérica S. A, Calle Valgrande, 8 - Plt. 2, 28108 Alcobendas, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los implantes dentales endoóseos Nobel Biocare N1 TiUltra TCC, debido a un posible defecto en el envase que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

