ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-014	PS/AVG/115528

PRODUCTO
Bombas de infusión Medima. Números de modelo: Sx00 y Px00.

VERSION SOFTWARE
3.1.87 y anteriores.

FABRICANTE
Medima Sp. z o. o., Polonia.

DISTRIBUIDOR
ICU Medical España. Avda. Transición Española, 24, planta 4 oficina 4.2 edif. Gamma, 28108, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de infusión Medima con versión de software 3.1.87 y anteriores, debido a que, en determinadas condiciones, la tasa de flujo se podría calcular y mostrar de forma incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.