MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-020	PS/VBR/114898

PRODUCTO
Thunderbeat Tipo S, con mango de accionamiento frontal.
Ver modelos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Realización de procedimientos quirúrgicos abiertos, laparoscópicos, generales y ginecológicos, así como cirugía endoscópica o cualquier otro procedimiento en el que se realizan cortes, ligaduras de vasos, coagulaciones, agarres y disecciones.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Plaza de Europa, 10, L'Hospitalet de Llobregat 08902, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los instrumentos quirúrgicos Thunderbeat Tipo S con mango de accionamiento frontal, debido a posibles daños en la punta de la sonda y en la almohadilla de tejido, cuando no se siguen las instrucciones y advertencias de las instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: CC9YZMG77P8BYLK4NE70**
Fecha de la firma: 13/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89