MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-018	PS/AVG/114970

PRODUCTO
Adaptador para irrigaciones y entrada de instrumentos (tipo aislado). Modelo MAJ-891.
Número de referencia: N6149350.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
OLYMPUS IBERIA, S.A.U. Pl. d'Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el adaptador para irrigaciones y entrada de instrumentos MAJ-891, debido a la posible retención inadvertida de biomaterial si el procedimiento de reprocesado no se realiza de forma correcta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: SZZE5RCC17ME8R4XX851**
Fecha de la firma: 13/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89