ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-021	PS/PRV/115035

PRODUCTO
Respirador manual Neo-Tee de pieza en T.
Ver números de pieza, UDIs y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo accionado por gas destinado a brindar asistencia respiratoria de emergencia por medio de una mascarilla facial o de un tubo insertado en las vías respiratorias del paciente.

FABRICANTE
Mercury Medical, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical SA. Carrer Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de pieza y lotes de los respiradores manuales Neo-Tee de pieza en T, debido a la posibilidad de que puedan sufrir una pérdida de presión positiva que afectaría a la respiración mecánica efectiva del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.